



JCSS

総数2頁の1頁
校正証明書番号
Sample

校 正 証 明 書

顧 客 名 -----

顧 客 住 所 -----

品 名 POWER SENSOR, 100KHZ TO 6.0GHZ
形 式 N8482A
製 造 者 名 Keysight Technologie
製 造 番 号 -----
校 正 方 法 8912-N8482A-E. 05. 04-B. 00. 00

校 正 時 環 境 温度 23.1 ℃, 相対湿度 47 %

校 正 年 月 日 2014 年 8 月 1 日

機 器 の 状 態 調整又は修理作業は実施していません。

備考： この証明書は、JCSSのサンプルとして発行したものです。

校正結果は、2頁以降に示す通りであることを証明します。

2014 年 8 月 1 日

東京都八王子市高倉町9番1号
キーサイト・テクノロジー合同会社
電子計測サービスセンタ

技術管理者

- ・当事業者は、JIS Q 17025 (ISO/IEC 17025:2005) に適合しています。
- ・この証明書は IAJapan に認定された当事業者が発行しています。IAJapan は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構) のMRA (相互承認) に加盟しています。
- ・この校正結果はILAC/APLAC のMRA を通じて、国際的に受け入れ可能です。



この証明書は計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

サンプル

校正結果

総数2頁の2頁
校正証明書番号
sample

Frequency	Calibration Factor *1	Measurement Uncertainty *1	Reflection Coefficient *2	Measurement Uncertainty *2	Phase *2	Measurement Uncertainty *2
10 MHz	100.05 %	0.60 %	0.005	(*)	-21 °	(*)
30 MHz	99.99 %	0.47 %	0.004	(*)	-4 °	(*)
50 MHz	100.00 %	Reference	0.005	0.007	+1 °	180 °
100 MHz	99.91 %	0.47 %	0.005	0.007	+6 °	180 °
300 MHz	99.61 %	0.47 %	0.006	0.007	+7 °	180 °
500 MHz	99.38 %	0.58 %	0.007	0.007	+2 °	180 °
1.0 GHz	98.80 %	0.58 %	0.009	0.007	-21 °	48 °
1.5 GHz	98.25 %	0.58 %	0.011	0.007	-52 °	40 °
2.0 GHz	97.70 %	0.58 %	0.011	0.007	-89 °	41 °
2.5 GHz	97.33 %	0.65 %	0.009	(*)	-126 °	(*)
3.0 GHz	97.11 %	0.65 %	0.007	0.010	-161 °	180 °
3.5 GHz	96.87 %	0.68 %	0.007	(*)	+162 °	(*)
4.0 GHz	96.39 %	0.65 %	0.006	0.010	+124 °	180 °
4.2 GHz	96.25 %	0.65 %	0.005	0.010	+116 °	180 °
5.0 GHz	95.62 %	0.65 %	0.008	0.010	+64 °	0 °
6.0 GHz	94.18 %	0.65 %	0.008	0.010	-10 °	0 °

Type of Service

*1 : RF Power Measuring Equipment

*2 : RF Impedance

(*) : 認定範囲外

備考

Calibration Factor は、センサのメモリに保存されています。 パワー・メータのマニュアルに記載されている手順により、自動的に測定値が補正されます。

(除く CFT オプション)

校正実施条件

1) 被校正器の入力電力 : 1.0 mW (0 dBm)

(*) : Out of scope

Note

Calibration factors are stored in EEPROM of power sensor. Measured RF power are automatically compensated by procedure described in manual of power meter.

(except for CFT option)

Calibration Condition

1) Input power of UUT : 1.0 mW (0 dBm)

校正の不確かさ :

Uncertainty は包含係数 $k=2$ を用いて計算され、約95%の信頼の水準を持つと推定する区間を定義します。

以上



この証明書は計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。